

ADENDA No. 001

CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 015 – 2014 “SUMINISTRO DE RESINAS DE FOTO CURADO CON SUS INSUMOS PARA PULIMENTO DE LAS MISMAS, PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD”.

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Se permite informar a los interesados en el proceso de Invitación Mínima Cuantía No. 015 - 2014, que se hace necesario realizar el siguiente ajuste:

1. Observación presentada por la firma 3M COLOMBIA S.A. y ULTRADENTAL

PRIMERA

“En cuanto al ítem Resina de Fotocurado Diferentes colores, la Entidad solicita una presentación de Jeringa por 3.5 Gr, que solo una Casa Comercial comercializa en el mercado; por lo que solicitamos respetuosamente ampliar el rango de esta presentación de 3Gr a 4Gr, para que permitan la pluralidad de oferentes en este proceso y así la Entidad pueda seleccionar entre diferentes opciones que cumplan con las características técnicas requeridas y tengas una mejor relación costo/beneficio”

RESPUESTA

En atención a las observaciones presentadas y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes se realiza modificación a las especificaciones técnicas quedando establecidas de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN Y CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPL E	NO CUMPLE
RESINA DE FOTOCURADO DIFERENTES COLORES	JERINGA X 3Gr a 4Gr 140 UNIDADES	Tiempo de foto curado corto (20 Seg) Resina híbrida fotopolimerizable de nano partícula, fácil manipulación, radiopaca, baja contracción durante la polimerización, resistencia al desgaste, para restauración de dientes anteriores y posteriores con todos los adhesivos de resina		

Dada en Soacha a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2014.

Revisó:

Dr. Luis Mario Campuzano
Coordinador de Odontología

Dra. Claudia Martin Naizaque
Subgerente Administrativa

Dr. Mauricio Romero Romero
Coordinador de Contratación


LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
Gerente